



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

  
PODKARPACKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**WOJEWODA PODKARPACKI**

ul. Grunwaldzka 15  
35-959 Rzeszów  
skr. poczt. 297

Rzeszów, 2012-03-08

I-I.3141.4.6.2012

***Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu pirotechnicznego i diagnostyczno-badawczego na potrzeby służb granicznych w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka.”***

Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone pytania.

W części „wymagania i parametry minimalne” dla przenośnego spektrometru ramanowskiego do identyfikacji nieznanymi substancji, w punkcie 9 warunkiem jest możliwość regulacji mocy lasera od 30 do 300 mW. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o regulowanej mocy lasera 50/100/300 mW przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:** W związku z wcześniejszymi odpowiedziami na pytanie dot. możliwości zmiany mocy lasera, Zamawiający dopuści urządzenie o regulowanej mocy lasera 50/100/300 mW przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych parametrów.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

  
Andrzej Maksym  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
INFRASTRUKTURY